
キニジン Quinidine

抗不整脈薬のキニジンは、有効血中濃度範囲が狭く、かつその範囲が中毒濃度範囲に接近しているため、正確で再現性のある測定が求められます。唯一、酸性条件における保持係数の規格を有したカラムである CAPCELL PAK  $C_{18}$  MGIII S3(2.0 mm i.d. x 50 mm)を用いた分析例を示します。

Quinidine is one of the antiarrhythmic drugs which has narrow range of effective circulating level in blood; furthermore, the range is closed to that of toxic dose. Therefore, certainly reproducible determination is wanted. In response, a column, the only one with control specification under acidic condition, CAPCELL PAK  $C_{18}$  MGIII S3 (2.0 mm i.d. x 50 mm) was used.



## [HPLC Conditions]

Column : CAPCELL PAK  $C_{18}$  MGIII S3 ; 2.0 mm i.d. x 50 mm Mobile phase : 10 mmol/L HCOONH<sub>4</sub> (pH 3, HCOOH) / CH<sub>3</sub>CN = 90 / 10

Flow rate :  $200 \,\mu\text{L/min}$ Temperature :  $40\,^{\circ}\text{C}$ Detection : UV 220 nm Inj. vol. :  $5 \,\mu\text{L}$ 

Sample dissolved in : Mobile phase % 1  $\mu$ g/mL = 1 ppm